

血小板凝集能測定装置一式
仕様書

品名	血小板凝集能測定装置
数量	1 式
構成	1. 血小板凝集能測定装置 一式 ①装置本体一式 ②タッチパネルパソコン（医療用装置、各規格準拠） ③プリンター ④パソコン周辺機器セット ⑤キュベットセット ⑥スターラーバー ※運搬・設置・設定・動作確認等の使用に係る諸経費を含む ※その他、上記に関連する標準付属品を含む
仕様	1. ①は、測定原理が光透過方式であること。 2. ①は、チャネル数が12以上であること。 3. ①は、光量調整方法が自動校正であること。 4. ①は、光源部がLED650nmであること。 5. ①は、受光部がフォトダイオードであること。 6. ①は、検体量がPPP 200μl$\times$1本、PRP 200μl$\times$必要数量であること。 7. ①は、試薬添加量が22μlであること。 8. ①は、試薬添加方式が4連ピペット及びシングルピペットであること。 9. ①は、キュベット寸法がϕ7$\times$50mm程度であること。 10. ①は、スターラーバー寸法がϕ1$\times$5mm程度であること。 11. ①は、攪拌速度が1000rpm$\pm$10 %（モーター回転モニター有り）であること。 12. ①は、測定開始方法が自動スタート及び手動スタートが可能であること。 13. ①は、測定温度が37°C$\pm$0.5°Cであること。 14. ①は、測定時間が基本5分（最大30分間、1分刻みで可変）であること。 15. ①は、本体寸法がW480$\times$D420$\times$H165mm程度であること。 16. ①は、本体重量が16.5kg程度であること。 17. ②は、①を操作するための最適な専用ソフトウェアが内蔵されたタッチパネル式の専用パソコンであること。 18. ③は、①②に接続し、測定結果を出力するものであること。 19. ③は、インクジェットプリンターで、モバイルタイプであること。 20. ④は、①②③を接続する最適なものであること。 21. ⑤は、1箱に検体を入れる測定用キュベットが200本以上入っていること。 22. ⑤は、測定用キュベットの寸法は、ϕ7$\times$50mm程度であること。 23. ⑤は、スターラーバーがセットになっていること。 24. ⑤は、①⑥と使用する最適なものであること。 25. ⑥は、1袋に200本以上入っていること。 26. ⑥は、寸法は、ϕ1$\times$5mm程度であること。 27. ⑥は、①⑤と使用する最適なものであること。

	品目	メーカー	銘柄・型式
例示品	血小板凝集能測定装置 本体一式	D S メディカル 株式会社	ヘマトレーサー 9 1 2 S12HT9001
	タッチパネルパソコン (医療用装置、各規格準拠)		タッチパネルパソコン S12HT9000PC
	プリンター		インクジェットプリンター (モバイルタイプ) S12HT9000PR
	パソコン周辺機器セット		S12HT9000PS
	キュベットセット		キュベットセット 200 μ l 200本 (50 $\times$ 4) S12HT3121
	スターラーバー		スターラーバー 200 μ l 200本 S12HT111101
提案品	提案品受付：可 上記「例示品」以外の物品で、仕様を満たす他物品による応札を希望する者は、 別記入札様式「提案品協議書」に仕様を確認できるカタログ等を添付して提出すること。 提案の物品が仕様を満たすことを確認したときは、「採用銘柄」として応札を認める。		
納入 場所	公立大学法人埼玉県立大学 埼玉県越谷市三野宮 8 2 0 番地		
納入 期限	2 0 2 2 年 3 月 2 5 日 (金) ただし、具体的な納品 (搬入) 日は、後日協議する。		
納入 条件等	1. 物品の搬入・据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とする。 2. 物品の搬入・据付・配線にあたり建物施設・設備等に損害を与えないよう、 職員と協議の上、必要な措置を講じること。 なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。 3. 搬入・据付・調整の上、担当者の確認を受けること。 4. 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 5. 保守修理に応じる体制を整えるとともに、障害発生時には速やかに修理に応じること。 6. 保守修理の費用は、公立大学法人埼玉県立大学の故意又は重過失によるものを除き、 納入後一年間は無償とすること。 ただし、メーカー保証が 1 年以上ある場合にはその期間とする。 7. 搬入に際し発生した梱包材等は持ち帰ること。 8. 納品する物品は、新品であること。 9. その他不明な点は、担当者の指示に従うこと。		