

■構成

① 標準ボードタイプベッド	10 台
以下の付属品を含む	
a スマートハンドル	10 個
b マットレス	10 枚
c 折りたたみベッドサイドレール	20 本
d ベッドサイドテーブル	10 台
e ベッドサイドキャビネット	10 台
f ベッドサイドキャビネット リフトロックユニット	10 個
g ハルンバッグフック	10 個
h サイドケース	10 個
i 折りたたみチェア	10 脚
j I Vスタンド	10 台
k ハイローストレッチャー	3 台
※既存ベッド一式 10セットの引取を含む	
② ポジショニングクッション	10 個
③ ポジショニングクッションカバー	10 枚
④ ウォッシュャブル合繊肌掛けふとん	10 枚
⑤ 掛けふとんカバー	20 枚
⑥ ミニパイプ枕	10 個
⑦ ピローケース	20 枚
⑧ フラットシーツ	20 枚
⑨ ベッドスプレッド	10 枚
⑩ タオルケット	10 枚

※①～⑩において、10セット全て同じ商品であること

■概要

- ・ ベッドは、背あげをするときの身体のずり落ちをおさえて、骨盤の立った安定した姿勢で身体を起こす背あげ機構を搭載。
- ・ 「起きあがり」も検知できる2センサータイプのベッド内蔵型離床センサー搭載。
- ・ 四輪同時にロック（または解除）が可能な直径12.5cm帯電防止キャスター搭載。

■仕様

① 標準ボードタイプベッド

1. 全長214.4cm・全幅96cm・全高68.1～104.6cm程度で、低床電動ベッドであること。
2. 離床センサーなどの機能を有していること。
3. フットコントロール可能なロック機能を有していること。
4. 背ボトムと膝ボトムのあげさを組み合わせた背上げ機構を有していること。
5. 背上げ機構は、手元スイッチの「連動」ボタンで操作できること。
6. ボトムに取り付けたすのこ状の連結部分が、背ボトムの角度に合わせて、伸びながら曲がること。
7. 手元スイッチで、ベッドポジションの操作が可能であること。
8. 背ボトム、高さの速さ切換が可能であること。
9. よく使う角度・高さで一旦停止させることを再現しやすいメモリースイッチ機能を有していること。
10. 背ボトムと膝ボトム間が必要以上に狭くならないように配慮した角度制限機能を有していること。
11. 膝ボトムをあげたときの足先の角度を2段階に手動で調節できること。
12. ボトム上面までの高さが25cmと低く、約31cmになるとブザーを発して一旦停止すること。
13. ベッドがきちんとさがっていることを手元スイッチのランプの色で分かること。
14. 「起きあがり」も検知できる2センサーを有していること。
15. ヘッドボードとフットボードは、搬送性に配慮した新形状グリップ付き樹脂製ボードであること。
16. ベッドの両側にオプション取付穴があり、目的に応じてオプションが設置できること。
17. 直径12.5cm帯電防止キャスターを有していること。
18. ベッドの側部のフレームには緩衝材を設置していること。
19. マットレスの縦横両方向へのずれを防げること。

付属品

- a 1. ベッドに接続して、停電時にベッド角度や上下移動させる操作ハンドルであること。
- b 1. マットレスはベッドに適したサイズとし、全幅83cm・全長191cm・厚み8cm程度であること。
2. 材質はポリエステル100%であること。
3. ベッドの動きに合わせて曲がりやすい波形構造で耐圧分散に優れていること。
4. 取り外し可能なファスナー付き側地であること。
5. 抗菌・防カビ加工であること。
6. 難燃加工であること。
7. マットレス丸ごとでも側地だけでも洗浄可能であること。
8. グリーン購入法適合であること。
- c 1. 頭側と足側を別々に折りたためるベッドサイドレールであること。
2. 使用時の柵有効長108.3・全高51.5cm程度であること（固定金具含まず）
3. 誤操作による解除を予防するロックを有していること。
4. 解除レバーの状態を識別できる表示窓を有していること。
5. 操作性の向上した指ばさみ防止ストッパーを有していること。
6. JISが規定する有効高22cm以上を確保していること。
7. 縦棧の間隔を狭くした設計であること。
- d 1. 不意な動きを防止する移動ロック機能を搭載したベッドサイドテーブルであること。
2. 幅94.6cm・奥行52.8cm・高さ63.1～94.6cm程度であること。
3. レバー操作で高さ調節が可能であること。
4. 天板は90.7cm×40cm程度であること。
5. 挟まれを予防する上昇方向フリー機能を有していること。
6. 脚部の高さを抑えた直径3cmの小型キャスターを有していること。
- e 1. 全幅50cm・全長59cm・全高75cm程度であること。
2. 樹脂製のキャビネットであること。
3. 扉式の棚と引出しの構成があること。
4. サブテーブル・二段階式のサイドトレイ付きであること。
5. キャスター付きであること。

- f 1. ペダル操作で前輪を浮かせてキャビネットを固定できるリフトロックユニットであること。
 - g 1. 床高25cmの低床ベッドに対応し、ベッドサイドレールに取り付けできること。
2. 差し込み式、折りたたみ式、両方で使用可能で、使いやすいフック形状であること。
 - h 1. 幅36cm・奥行17cm・高19cm程度であること（取付金具を除く）
2. 低床ベッドに対応する設計で、ベッドのオプション取付穴に取り付け可能であること。
3. ふたの開閉方向（内ふた・外ふた）が選べること。
 - i 1. 軽量なアルミ製フレームであること。
2. 背を引きあげるだけで簡単に折りたたむことができること。
3. 折りたたむときに指を挟まないようにヒンジ部にカバーがあること。
4. ベッドまわりのスペースを有効に使えるコンパクト設計であること。
5. 背には手掛があること。
 - j 1. 保管スペースを削減できるスタッキングタイプであること。
2. 輸液バッグを安定した位置に掛けられるセンターフックを有していること。
3. 使いやすさと安全性に配慮した高さ調節機能を有していること。
4. 直径7.5cmのキャスターを5輪装備していること。
5. ごみ詰まりしにくく分解清掃も可能なキャスターであること。
 - k 1. 全長193cm・全幅66.3cm・全高74～108cm程度であること。
2. ベッドとの橋渡しとしても、上肢台としても使用できるトランスファーボードであること。
3. トランスファーボードは、有効高さ20cmのサイドレールとしても使用できること。
4. 誤操作を予防するセーフティーロック機能を有していること。
5. トランスファーマットレス付きであること。
6. ストレッチャーの高さと背ボトムの角度が調節可能であること。
7. 直径15cm導電キャスターを有していること。
8. 酸素ポンベホルダー・IVボールが付属であること。
9. センターホイールを有していること。
- ② ポジショニングクッション
- 1. サイズ70cm×23cm程度であること
 - 2. 安楽な姿勢保持に最適なポジショニングクッションであること。
 - 3. 長時間体重がかかった使い方をしても変形しないこと。
 - 4. 数多く洗濯しても中身が変形しないこと。
 - 5. 耳障りな音がしないこと。
 - 6. むれにくい通気性と熱ごもりのしにくいこと。
 - 7. 洗浄・水切り・乾燥が速く、丸洗い可能であること。
- ③ ポジショニングクッションカバー
- 1. ②ポジショニングクッションに適したカバーであること。
- ④ ウォッシュابل合繊肌掛けふとん
- 1. サイズ140cm×190cm程度であること
 - 2. 側：表地/ポリエステル60%・綿40%、額裏/パイルレーヨン100%、地糸ポリエステル100%
 - 3. 詰めもの：ポリエステル100% 0.4kg
 - 4. 洗浄可能なウォッシュابلタイプであること
 - 5. 中国製
- ⑤ 掛けふとんカバー
- 1. ④ウォッシュابل合繊肌掛けふとんに適したカバーであること。
 - 2. サイズ140cm×190cm程度を想定
 - 3. 横開き、3本ひも閉じ
 - 4. 綿100%
 - 5. 日本製

⑥ ミニパイプ枕

1. サイズ63cm×43cm程度であること。
2. 詰めもの：ポリエチレンパイプ
3. 高さ調節シートが入っていること、4か所高さ調節が可能であること
4. 側：表地/ポリエステル100%、横・裏地/ポリエステル100%
5. 日本製
6. 洗淨可能なウォッシュابلタイプであること
7. 首側・後頭部側2分割ウレタンシートによる高さ調節が可能であること

⑦ ピローケース

1. サイズ90cm×45cm程度であること。
2. 綿100%
3. 日本製
4. ブロード／TZ酸性酵素法精錬

⑧ フラットシーツ

1. サイズ180cm×270cm程度であること。
2. 綿100%
3. 日本製
4. ブロード／TZ酸性酵素法精錬

⑨ ベッドスプレッド

1. サイズ180cm×275cm程度であること。

⑩ タオルケット

1. サイズ140cm×200cm程度であること。
2. 綿100%
3. 日本製（今治）