

A：サイドレール内のすき間での事故 21 件

サイドレール等の中に頭や手、足が入り込み、重傷を負ったり死亡した

B：サイドレールとサイドレールのすき間での事故 15 件

サイドレールとサイドレール（ベッド用グリップ）とのすき間に首が挟まり、重傷を負ったり死亡した

C：サイドレールとボードのすき間での事故 9 件

サイドレール等とボードのすき間に挟まり、重傷を負ったり死亡した

D：サイドレールとマットのすき間での事故 7 件

サイドレール等とマットレスやベッドフレームの間に挟まり、重傷を負ったり死亡した

E：ベッド用グリップの固定レバーでの事故 9 件

着衣がベッド用グリップの固定レバーに引っかかり、窒息により死亡した
首振りの固定レバーが外れ、転倒・骨折した

F：その他 4 件

4. 介護ベッドを安全に使用するために

サイドレールやベッド用グリップのすき間を確認し、身体の一部を挟み込む危険性がある場合はクッションや毛布、または各メーカーが販売している専用物品にてすき間を埋めてください。ベッド用グリップは、しっかりロックし固定して使用してください。また、マットレスは厚みがあるため、その分を考慮してサイドレールの高さを確認してください。特に身体機能や認知機能の低下により自力で体勢を整えるのが困難な方には、より注意していただきたいと思います。そして、ベッド操作時には、利用者の方だけでなく周囲の人（子ども等）にも注意し、巻き込むことのないよう配慮をお願いいたします。

引用・参考文献

- ・作業療法ジャーナル編集委員会（編集）. 最新版テクニカルエイド福祉用具の選び方・使い方. 三輪書店, 東京 2003 : 115-124
- ・福祉用具の安全な利用を推進するための調査研究事業報告書. 公益財団法人テクノエイド協会, 東京 2012
- ・医療・介護ベッドここが危ない！！あなたのベッドに危険なすき間が潜んでいる？ 医療・介護ベッド安全普及協議会
- ・医療・介護ベッド安全普及協議会ホームページ 最新事故件数報告 ;
<http://www.bed-anzen.org/report/index.html>