

凍結組織切片作製装置
仕様書

品名	凍結組織切片作製装置
数量	一式
構成	① 凍結組織切片作製装置 1 台 ② 搬入設置費 1 式 ※運搬・設置・設定・動作確認等の使用に係る諸経費を含む ※その他、上記に関連する標準付属品を含む
	1. 操作パネルはLCDタッチディスプレイに日本語とイラストで表示されており、視認性が良く、操作が容易であること。 2. 試料台および刃物台周辺の冷却機能を有しており、試料に適した温度帯での薄切が可能であること。 3. 試料オリエンテーションはXY軸8度、Z軸360度対応で、試料の位置調整に柔軟性があり簡単に操作できること。 4. 庫内における試料待機場所は12個（角型）、15個（丸型）であり、多数のブロックに対応可能であること。 5. 庫内での超低温冷却（-55℃）により短時間で試料凍結が可能であること。 6. 切り屑吸引機能を標準装備していること。 7. 庫内のナイフホルダーを取り外すことができ、庫内洗浄が可能であること。 8. ハイプロファイルとロープロファイルの2種類の替刃が使用可能であること。 9. アンチロール機能として、アンチロール板とアンチロールレイクの2種類が使用可能であること。 10. 必要に応じて任意または自動運転での除霜（デフロスト）機能が選択できること。

	品目	メーカー	銘柄・型式
例示品	凍結組織切片作製装置	サクラファ インテック ジャパン株 式会社	銘柄：Tissue-Tek® Polar® D 型式：POLAR-D
納入 場所	公立大学法人埼玉県立大学 埼玉県越谷市三野宮 8 2 0 番地		
納入 期限	2026年2月27日（金） ただし、具体的な納品（搬入）日は、後日協議する。		
納入 条件 等	1. 物品の搬入・据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とする。 2. 物品の搬入・据付・配線にあたり建物施設・設備等に損害を与えないよう、職員と協議の上、必要な措置を講じること。なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。 3. 搬入・据付・調整の上、発注者の確認を受けること。 4. 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 5. 保守修理に応じる体制を整えるとともに、障害発生時には速やかに修理に応じること。 6. 保守修理の費用は、発注者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間は無償とすること。ただし、メーカー保証が1年以上ある場合にはその期間とする。 7. 搬入に際し発生した梱包材等は持ち帰ること。 8. 納品する物品は、新品であること。 9. その他不明な点は、発注者の指示に従うこと。		