

アナログデータ入力解析システム

仕様書

品名	アナログデータ入力解析システム
数量	一式
構成	① PowerLabC (LabChart8付属) 1 台 ② 4chインストルメントインターフェイス 2 台 ③ アナログデータ解析システム 1 台 ※運搬・設置・設定・動作確認等の使用に係る諸経費を含む ※その他、上記に関連する標準付属品を含む
	1. ①は分解能16ビット以上のアナログデータ入力変換装置であること。 2. ①の測定範囲は16ビットの分解能で、2mV～10Vまで段階的に指定できること。 3. ①は、②を最大4台以上接続できること。 4. ②は、4ch以上のアナログ入力（BNCコネクタ）を有すること 5. ②は、①を介さずに直接パソコンに接続しても計測ができること。 6. ③は、ECG信号からR波を検知し、心拍変動の解析ができること。 7. ③は、アナログ波形と同期して動画及び音声を記録できること。 8. ③は、現在所有の多点筋電図データのDeconposition解析が円滑に処理できるスペックを有すること。 9. ③のCPUはIntel Xeon W7-2495X以上であること。 10. ③のメモリは256GB以上であること。 11. ③の2TB以上のSSDと10TB以上のHDDを備えていること。 12. ③のグラフィックボードはNVIDIA Geforce RTX4090以上であること。

	品目	メーカー	銘柄・型式
例示品	アナログデータ解析システム	ADInstruments	PowerLabC (LabChart8付属)
納入場所	公立大学法人埼玉県立大学 埼玉県越谷市三野宮 8 2 0 番地		
納入期限	2026年2月27日（金） ただし、具体的な納品（搬入）日は、後日協議する。		
納入条件等	1. 物品の搬入・据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とする。 2. 物品の搬入・据付・配線にあたり建物施設・設備等に損害を与えないよう、職員と協議の上、必要な措置を講じること。なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。 3. 搬入・据付・調整の上、発注者の確認を受けること。 4. 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 5. 保守修理に応じる体制を整えるとともに、障害発生時には速やかに修理に応じること。 6. 保守修理の費用は、発注者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間は無償とすること。ただし、メーカー保証が1年以上ある場合にはその期間とする。 7. 搬入に際し発生した梱包材等は持ち帰ること。 8. 納品する物品は、新品であること。 9. その他不明な点は、発注者の指示に従うこと。		